

# ボンド塗布器

歯科用充填器（一般医療機器）届出番号：13B3X00106000008

- ※ボンディング材や、エッチング材、プライマー等の塗布に最適なインスツルメントです。
- ※歯肉部や隣接面、歯肉縁下への、余剰分の付着、浸透を最小限に抑え、塗布部へ正確に塗布することが出来ます。
- ※筆や、スポンジなどに比べ、液体の吸い込み量を最小限にすることが出来るため、ボンディング材等の使用量を最小限に食い止め、節約する事が出来ます。



先端が図のような形状をしている為、塗布する液体を確実に塗布部へ運ぶことが出来ます。

# コード圧排器 M4 M5

歯科用圧入充填器（一般医療機器）届出番号：13B3X00106000015

- ※新案デザインの薄型、横曲がりTYPEの圧排糸挿入インスツルメントです。
- ※圧排糸サイズ0.2mm（USP 3-0）の極細タイプを正確に歯肉部の損傷なく挿入することが出来ます。
- ※形成歯面に沿った挿入方法で糸を目測確認でき、尚糸の傷み、毛羽立ちも少なく圧排できます。



コード圧排器 M4

コード圧排器 M5

販売元 **株式会社 シバタ**  
URL : <http://www.dental-shibata.co.jp/>  
台東区上野5-25-17 TEL 03-3836-4811

製造販売元 有限会社 菅原歯科精工工業  
東京都荒川区西尾久2-19-2